

Delaftale 19 – Toiletsæde med armlæn til gulvmonterede toiletter	
1901 - Beskrivelse	<p>Produktet falder ind under ISO-klassifikationen (inkl. dansk 4. niveau): 09 12 09 06. Toiletsædet skal være fastgjort til toiletkummen og erstatter det eksisterende toiletsæde.</p>
Krav til Hovedprodukter samt Biprodukter (reserverdele og tilbehør). Alle biprodukter jf. bilag C skal, såfremt andet ikke er angivet, opfylde samme krav som nedenstående.	
1902 - Egenskaber	Toiletsædet skal kunne monteres på gulvmonterede toiletter, så toiletsædets åbning passer over toiletåbningen.
1903 - Højde	Toiletsædet må maksimalt måle 2,5 cm i højden.
1904 - Armlæn	<p>Toiletsædet skal være forsynet med armlæn.</p> <p>Afstanden mellem armlænen skal være i intervallet 42-52 cm.</p> <ul style="list-style-type: none">Bredden måles midt på armlænet på den vandrette udformning, som Borgeren benytter til at støtte sig på. <p>Armlænen skal uden brug af værktøj være enkeltvis opklappelige eller på anden måde kunne ændre position. Armlænen skal kunne forblive i opklappet position.</p> <p>Armlænen skal kunne aftages enkeltvist.</p>
1905 - Siddeenhed og låg	<p>Toiletsædet skal være forsynet med låg.</p> <p>Toiletsædet og låg skal være opklappelige og skal kunne forblive i opklappet position.</p> <p>Låget skal kunne lukkes uanset armlænenes position.</p> <p>Låget skal kunne anvendes til at sidde på.</p>
1906 - Brugervægt	Toiletsædet skal være beregnet til en brugervægt på minimum 150 kg.
1907 - Rengøring	<p>Toiletsædet skal kunne rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henholdsvis <i>hjemmepleje og plejeboliger</i>, uden at ældning af materialer accelereres, eller produktets funktion forringes.</p> <ul style="list-style-type: none">Varmedesinfektion på min. 80°C i 10 minutter (A_0-værdi = 600). Ved lavere temperaturer termokemisk desinfektion med et egnet desinfektionsmiddelOverfladedesinfektion med et egnet desinfektionsmiddel. <p>Toiletsædet skal kunne vaskes i maskine og efterfølgende lufttørring i maskine.</p> <p>Relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">"NIR for plejehjem, hjemmepleje, bo og opholdssteder mm." (1. udgave, SSI 2020)"NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren" (1 udgave, SSI 2017)"NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren" (5.1 udgave, SSI 2019)"NIR for desinfektion i sundhedssektoren" (1.3 udgave, SSI 2018)"NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren" (1. udgave, SSI 2015).
1908 - Brugervejledning	<p>Der skal ved levering medfølge en dansksproget brugervejledning til toiletsædet.</p> <p>Brugervejledningen skal senest ved Rammeaftalens ikrafttrædelse være tilgængelig for Kunden og Borgeren på Leverandørens hjemmeside og skal kunne downloades herfra.</p>

1909 - Øvrigt	<p>Toiletsædet inkl. armlæn skal være konstrueret, så væske ikke kan samle sig på eller i toiletsædet. Hvis der er en risiko for, at der kan stå væske i rørene efter vask, skal det fremgå af brugsanvisningen, hvordan væsken drænes fra rørene.</p> <p>Toiletsædet skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kunne på- og afmonteres Borgerens toilet ved brug af gængs værktøj eller uden brug af værktøj. • være i neutrale farver. • være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller være overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig overfor vand og urin. <ul style="list-style-type: none"> ○ Hermed menes, at toiletsædet skal være af pulverlakeret metal eller på anden måde overfladebehandlet, så den er tilsvarende korrosionsbestandig eller af et materiale med tilsvarende korrosionsbestandighed. • være udformet på en sådan måde, så der ikke kan trænge urin ud mellem kumme og toiletsæde ved toiletbesøg. •
1910 - CE-mærkning	Rammeaftalens sortiment skal være klassificeret som medicinsk udstyr i overensstemmelse med MDR-forordningen klasse I, og skal derfor bl.a. være CE-mærket.
<p>Leverandøren skal i Rammeaftalens løbetid på anmodning fra SKI fremsende dokumentation for overholdelse af relevante krav i Forordningen for medicinsk udstyr.</p>	
1911 - Standarder	<p>En sådan anmodning kan vedrøre dokumentation for prøvning efter</p> <ul style="list-style-type: none"> • DS/ISO 17966:2016 Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder <ul style="list-style-type: none"> ○ ved holdbarhedsprøvningen skal produktet kunne klare det antal testcykler, der gælder for udstyr til institutioner, se cl. 16.3. <p>eller tilsvarende.</p> <p>Dokumentation skal fremsendes i form af en prøvningsrapport fra et uvildigt akkrediteret prøvningslaboratorium der viser, at de lever op til standarden eller tilsvarende.</p>
<p>Leverandøren skal igennem Rammeaftalens løbetid levere Biprodukter, der er kompatible med Rammeaftalens Hovedprodukt, jf. bilag C Leverandørens tilbud og bilag I Sortimentsopdatering, punkt 3. De Biprodukter, der tilbydes i bilag C Leverandørens tilbud, skal være af samme type/art som de dele, der anvendes på Hovedproduktet.</p>	
1912 - Biprodukter	Armlæn
	Monteringskit/-sæt til montering af sædet på toilettet
	Enkeltdele til monteringskit/-sæt, til montering af sædet på toilettet
	Sæde
	Toiletrulleholder til montering på armlæn
	Sædepolstring eller komfortsæde/polstret/blødt sæde

Kvalitetsevaluering af delaftale 19 – Toiletsæde med armlæn til gulvmonterede toiletter

Til brug for evalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skal Leverandøren stille et tilbudt toiletsæde fra den tilbudte produktserie til rådighed for evaluering. Det tilbudte toiletsæde vil blive evalueret af en testgruppe og skal opfylde følgende specifikationer:

1914 - Vareprøver	Det tilbudte toiletsæde på pos.nr. 19.1 i bilag C Leverandørens Tilbud, i samme stand som ved levering til depot. Sammen med toiletsædet skal Leverandøren til afprøvningen tillige levere: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Brugervejledninger, så testgruppen kan anvende denne ved afprøvning
Delkriterier og evalueringskriterier	Vægt
1915 - Komfort for Borger; det vægter positivt i hvor høj grad, at:	60 %
<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsædet yder god komfort. Hermed forstås, fx at sædet yder god siddekomfort og understøtter den anatomisk korrekte siddestilling ved toiletbesøg. 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsædet opleves sikker for Borgeren. Hermed forstås fx, når Borger sætter sig og rejser sig fra Toiletsædet. (jo mere, jo bedre) 	50 %
1916 - Brugervenlighed for Depotpersonale og/eller Hjælper; det vægter positivt i hvor høj grad, at:	40 %
<ul style="list-style-type: none"> • Det er nemt og hurtigt at klargøre Badetaburetten til levering hos borger, når den modtages på depot. Hermed forstås fx, at Badetaburetten er samlet og har mindst mulig indpakning (jo nemmere jo bedre). 	30 %
<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsædet og armlæn er nemme og intuitive at af- og påmontere. Hermed forstås fx, at der skal bruges gængse og færrest muligt værktøj (jo nemmere, jo bedre) 	30 %
<ul style="list-style-type: none"> • Toiletsædet er nemt at rengøre. Hermed menes fx, at daglig rengøring og aftørring kan foretages med få manøvrer samt at der er få områder, som er vanskeligt tilgængelige ift. rengøring og aftørring (jo nemmere, jo bedre). 	40 %
	100 %